

Łapki gumowe do kleszczy macicznych HAUPTNER

Wraz z upływem czasu i pod wpływem wielokrotnej sterylizacji guma łapek zamocowanych na kleszczach może tracić elastyczność i twardnieć, tracąc tym samym możliwość atraumatycznego chwytania tkanek miękkich. Aby uniknąć uszkodzenia narządów chwytanых kleszczami należy sprawdzać elastyczność gumowych łapek i je wymieniać, jak tylko zaistnieje taka konieczność.

